

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床検査部・輸血部 | 制定日:2015/04/01 最新改定日:2015/10/30 |
| 不確かさの推定値記録 | RE-030-0300 |
| | 第1版 Page1/1 |

| 不確かさの推定値記録 | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 計算に使用したデータ期間 | | 2015年 7月 1 日～ 2015 年 8 月 31日 | | | |
| | 項目 | 濃度 | 拡張不確かさ(%) | 濃度換算値 | 95%信頼区間 |
| 1 | 総蛋白 | 4.6 | 3.56 | 0.2 | 4.4-4.8 |
| | | 7.3 | 3.44 | 0.3 | 7.0-7.6 |
| 2 | ALB | 2.9 | 4.32 | 0.1 | 2.8-3.0 |
| | | 4.6 | 4.42 | 0.2 | 4.4-4.8 |
| 3 | Na | 137 | 1.58 | 2 | 135-139 |
| | | 150 | 1.49 | 2 | 148-152 |
| 4 | K | 3.9 | 2.11 | 0.1 | 3.8-4.0 |
| | | 5.9 | 2.25 | 0.1 | 5.8-6.0 |
| 5 | Cl | 95 | 2.04 | 2 | 93-97 |
| | | 108 | 1.88 | 2 | 106-110 |
| 6 | 総Ca | 8.6 | 2.91 | 0.3 | 8.3-8.9 |
| | | 11.7 | 2.72 | 0.3 | 11.4-12.0 |
| 7 | Mg | 2.2 | 4.43 | 0.1 | 2.1-2.3 |
| | | 5.0 | 3.48 | 0.2 | 4.8-5.2 |
| 8 | GLU | 90 | 1.62 | 2 | 88-92 |
| | | 237 | 1.37 | 3 | 234-240 |
| 9 | UN | 16 | 4.57 | 1 | 15-17 |
| | | 44 | 4.02 | 2 | 42-46 |
| 10 | CRE | 1.03 | 3.67 | 0.04 | 0.99-1.07 |
| | | 4.21 | 3.05 | 0.13 | 4.08-4.34 |
| 11 | UA | 5.1 | 3.21 | 0.2 | 4.9-5.3 |
| | | 8.4 | 3.02 | 0.3 | 8.1-8.7 |
| 12 | TC | 114 | 2.95 | 3 | 111-117 |
| | | 260 | 2.70 | 7 | 253-267 |
| 13 | TG | 101 | 2.56 | 3 | 98-104 |
| | | 248 | 2.54 | 6 | 242-254 |
| 14 | AST | 39 | 4.10 | 2 | 37-41 |
| | | 106 | 2.91 | 3 | 103-109 |
| 15 | ALT | 28 | 4.55 | 1 | 27-29 |
| | | 92 | 3.19 | 3 | 89-95 |
| 16 | CK | 139 | 4.10 | 6 | 133-145 |
| | | 320 | 2.94 | 9 | 311-329 |
| 17 | ALP | 225 | 3.90 | 9 | 216-234 |
| | | 452 | 3.55 | 16 | 436-468 |
| 18 | LD | 145 | 3.17 | 5 | 140-150 |
| | | 361 | 2.66 | 10 | 351-371 |
| 19 | GGT | 24 | 8.37 | 2 | 22-26 |
| | | 87 | 4.48 | 4 | 83-91 |
| 20 | AMY | 101 | 3.65 | 4 | 97-105 |
| | | 251 | 3.15 | 8 | 243-259 |
| 21 | HbA1c | 5.0 | 3.92 | 0.2 | 4.8-5.2 |
| | | 9.9 | 3.30 | 0.3 | 9.6-10.2 |

HbA1のみ2015年9月1日～2015年10月30日で算定